



Diese ÖNORM beschreibt die Durchführung der Messungen zur Konstanzprüfung von Ultraschallgeräten mit Fokus auf Bildqualität inklusive Spezifikation von Toleranzen für die wesentlichen Messverfahren.

Prüfung von:

- **Hauptkonsolenfunktionen**
- **Messfunktionen**
- **Schallköpfen**
- **Monitoren**

anhand einfacher Testabläufe und mit wenigen Prüfmitteln.



ÖNORM S 5240-22:2021
(AS shop)

weitere Informationen:

Austrian Standards –
<https://shop.austrian-standards.at>

ÖGMP Webinar – www.oegmp.at

S. Wildner (AGES RefZQS) – sonja.wildner@ages.at
C. Kollmann (MUW CMPBME) – christian.kollmann@muv.ac.at